

# MINIMED™ 780G-SYSTEMET

## Sjekkliste for teknisk opplæring

### MiniMed™ 780G-systemet: funksjoner i manuell modus

Merk av i ruten hvis det er gitt opplæring om emnet, en tom rute indikerer at det ikke er gitt opplæring.

#### GRUNNLEGGENDE FUNKSJONER

- |  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> Tastefunksjoner og snarveistaster | <input type="checkbox"/> Startbildet uten bruk av CGM | <input type="checkbox"/> Menygjennomgang      | <input type="checkbox"/> Statusbilder                       |
| <input type="checkbox"/> Batteritype/innsetting            | <input type="checkbox"/> Hvilemodus                   | <input type="checkbox"/> Lydvalg              | <input type="checkbox"/> Koble til pumpe og blodsuktermåler |
| <input type="checkbox"/> Oppstartsveiviser                 | <input type="checkbox"/> Symboler på statuslinjen     | <input type="checkbox"/> Displayinnstillinger |   |

#### STARTBILDE VED BRUK AV CGM

- |   |   |   |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> Ytterligere symboler på statuslinjen       | <input type="checkbox"/> Sensorgraf     | <input type="checkbox"/> Symbol for stopp   |
| <input type="checkbox"/> Trendpiler: respektiv hastighet per minutt | <input type="checkbox"/> Siste SG-verdi | <input type="checkbox"/> Varighet i området |

#### BASAL

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Angi basaldose og endring | <input type="checkbox"/> Maks. basal                   |
| <input type="checkbox"/> Midl. basal               | <input type="checkbox"/> Stopp tilførsel / gjenopprett |

#### BOLUS

- |   |  |                                      |
|---|--|--------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Bolus Wizard™-kalkulator | <input type="checkbox"/> Kombinert / Forlenget bolus | <input type="checkbox"/> Maks. bolus |
| <input type="checkbox"/> Manuell bolus            | <input type="checkbox"/> Forvalgt bolus              | <input type="checkbox"/> Lydbolus    |

#### HÅNDTERING AV SLANGESETT

- |  |   |   |
|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> Valg av slangesett      | <input type="checkbox"/> Valg av innføringssted og rotasjon | <input type="checkbox"/> Nytt reservoar |
| <input type="checkbox"/> Innføring av slangesett | <input type="checkbox"/> Når du skal skifte slangesett      | <input type="checkbox"/> Fyll kanyle    |

#### RESERVOAR OG SLANGE

#### VARSLER OG ALARMER

- Varsellampe og lyd
- Trinn for å håndtere og slette varsler og alarmer

#### YTTERLIGERE FUNKSJONER / PÅMINNELSE / ANDRE INNSTILLINGER

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Oversikt / Daglig logg / Alarmlogg | <input type="checkbox"/> Bolusøkninger      |
| <input type="checkbox"/> Sjekk BS etter bolus av/på         | <input type="checkbox"/> Bolushastighet     |
| <input type="checkbox"/> Manglende måltidsbolus             | <input type="checkbox"/> Selvtest           |
| <input type="checkbox"/> Lite i reservoar                   | <input type="checkbox"/> Tilførsel blokkert |
| <input type="checkbox"/> Bytt slangesett                    | <input type="checkbox"/> Autom.stopp        |
| <input type="checkbox"/> Oppsett av forvalgt midl.          |   |

# MINIMED™ 780G-SYSTEMET

## Sjekkliste for teknisk opplæring

### MiniMed™ 780G-systemet: funksjoner i manuell modus

Merk av i ruten hvis det er gitt opplæring om emnet, en tom rute indikerer at det ikke er gitt opplæring.

#### VARSELINNSTILLINGER FOR SENSORGLUKOSE

##### Innstillinger for lav sensorglukose

- Tidsperioder og grenser
- Fast varsel for lav SG
- Varsel før lav
- Stopp før lav/ved lav
- Varsel ved lav
- Utsett lav SG

##### Innstillinger for høy sensorglukose

- Tidsperioder og grenser
- Fast varsel for høy SG
- Varsel/tid før høy
- Stigningsvarsel/  
stigningsgrense
- Varsel ved høy
- Utsett høy SG

#### TILKOBLING AV PUMPE OG INNFØRING OG TEIPING AV SENDER OG SENSOR

- Tilkobling av pumpe, sender og sensor
- Områdevalg, rotasjon og klargjøring
- Trinn for innføring av sensor og teiping

#### STARTE SENSOREN

- Starte ny sensor og oppvarming
- Lesing av 3-, 6-, 12- og 24-timers sensorgraf
- Startbilde og symboler
- Skjermbildet Sensorstatus

#### KALIBRERING

- Viktig om kalibrering
- Kalibreringspåminnelse og -tips
- Kalibreringspåminnelse
- Bekreftede BS brukes til kalibrering

#### SENSORVARSLER

- Reagere på varsler/alarmer
- Automatisk gjenopprettelse basert på SG
- Trinn for å gjenoppta tilførsel manuelt
- Startbilde under stopp
- 2 timer maks. stopp
- Stopp utilgjengelig
- Lydløs-funksjon

#### Ytterligere emner gjennomgått:

- Lading/rengjøring av senderen
- Røntgen, CT-skanning eller MRI

Fortsettelse av opplæring planlagt:  Ja  Nei Dato for oppfølgingsopplæring: \_\_\_\_\_

Evt. oppfølging: \_\_\_\_\_

Navn og underskrift: \_\_\_\_\_ Dato: \_\_\_\_\_

Instruktørens navn og signatur: \_\_\_\_\_ Dato: \_\_\_\_\_

# MINIMED™ 780G-SYSTEMET

## Sjekkliste for teknisk opplæring

### MiniMed™ 780G-systemet: SmartGuard™-funksjonen

Merk av i ruten hvis det er gitt opplæring om emnet, en tom rute indikerer at det ikke er gitt opplæring.

#### FORBEREDELSE TIL SMARTGUARD™-FUNKSJONEN

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> SmartGuard™-oppvarming            | <input type="checkbox"/> Ingen aktiv midl, basal, manuell stopp eller kombinert/forlenget bolus når du starter SmartGuard™ |
| <input type="checkbox"/> Trinn før oppstart av SmartGuard™ |  |
| <input type="checkbox"/> Karbohydratforhold                | <input type="checkbox"/> Aktivt insulin-tid  |

#### STARTE SMARTGUARD™-FUNKSJONEN

- |  |   |   |
|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> Slå på SmartGuard™-funksjonen | <input type="checkbox"/> BS-angivelse   | <input type="checkbox"/> SmartGuard™ sjekkliste |
| <input type="checkbox"/> SmartGuard™-mål               | <input type="checkbox"/> Autokorreksjon |   |

#### BRUKE SMARTGUARD™-FUNKSJONEN

- |  |  |   |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> SmartGuard™-startbilde/-grafer                          | <input type="checkbox"/> Vanlige varsler | <input type="checkbox"/> Insulintilførsel                           |
| <input type="checkbox"/> Kalibrering/tilførsel av bolus i SmartGuard™-funksjonen | <input type="checkbox"/> Midl. mål       | <input type="checkbox"/> For å bli værende i SmartGuard™-funksjonen |

#### Tips for å lykkes med SmartGuard™-teknologien

- BS-angivelse: nødvendig ved forespørsel for å bli værende i SmartGuard™-funksjonen og for å kalibrere sensoren (alle bekreftede BS vil bli brukt til kalibrering)
- Oppfordre pasienter til å angi karbohydrater før hvert måltid for å øke TIR
- Optimaliser karbohydratfaktoren(e) etter behov
- Last opp i CareLink™ og følg opp med pasienten

Kommentarer: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Evt. oppfølging: \_\_\_\_\_

Navn og underskrift: \_\_\_\_\_ Dato: \_\_\_\_\_

Instruktørens navn og signatur: \_\_\_\_\_ Dato: \_\_\_\_\_